



OFÍCIO Nº 28.08.002/2023 – SMS

Quixeramobim/CE, 28 de Agosto de 2023.

ORIGEM: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE QUIXERAMOBIM - CE;

DESTINO: CENTRAL DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM - CE;

ASSUNTO: MANIFESTAÇÃO ACERCA DE PEDIDO DE ESCLARECIMENTO;

REFERÊNCIA: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1306160123-PERP;

Em resposta ao pedido de esclarecimento apresentado, é imperativo enfatizar que dedicamos um cuidado meticuloso à elaboração do item nº 37, contemplando-o de maneira minuciosa e abrangente. Nossa descrição abarca até os detalhes mais específicos, englobando aspectos como a arquitetura do produto, as polegadas da tela, a autonomia da bateria, a quantidade de cabos e a configuração dos sensores, entre outros. Nosso objetivo era deixar absolutamente claros todos os pontos relativos à quantidade de acessórios fornecidos com cada equipamento.

De toda forma, mesmo que as informações já estejam detalhadas no descritivo do item, prosseguimos fornecendo a relação da quantidade de acessórios: 01 módulo de pi com 02 canais (para cada um dos dez monitores); 01 módulo de capnografia mainstream (para cada um dos dez monitores); 10 cabos de ECG com 05 vias; 10 cabos de extensão para oximetria; 10 sensores reutilizáveis de oximetria tipo y para neonatos; 10 manguitos neonatais reutilizáveis com mangueiras extensoras para PNI; 10 sensores de temperatura reutilizáveis tipo pele neonatal; 10 sensores de temperatura reutilizáveis tipo retal/esofágico para neonatal; 02 cabos permanentes de pi compatíveis com os módulos; 02 sensores de capnografia compatível com os módulos. Todos os acessórios para instalação e interligação da central com os monitores deverão estar contemplados como cabos

Por fim, é de suma importância destacar que as informações foram fornecidas de forma exaustiva e altamente precisa, com o intuito de eliminar qualquer possibilidade de ambiguidade e assegurar uma compreensão completa do tópico em discussão. Estamos à disposição para prestar quaisquer outros esclarecimentos que se façam necessários. Nossa prioridade é garantir a transparência e a clareza em relação às especificações do edital, proporcionando a todos os interessados um ambiente de participação informado e equitativo.



Sem mais para o momento, enviamos votos da mais elevada estima e merecido apreço.

Atenciosamente,

ANA CLÁUDIA PIMENTA FELÍCIO SALDANHA
ORDENADORA DE DESPESAS
SECRETÁRIA DE SAÚDE