



**DESPACHO**

Quixeramobim (CE), 29 de JUNHO de 2023.

**DA**

**CENTRAL DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM**

**PARA**

**ANA CLAUDIA PIMENTA FELÍCIO SALDANHA  
SECRETÁRIA DE SAÚDE.**

**ASSUNTO:** Manifestação acerca do pedido de ESCLARECIMENTO ao edital do Processo Licitatório - **PREGÃO ELETRÔNICO N° 1306160123 - PERP** cujo objeto é **REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE QUIXERAMOBIM/CE.**

Considerando o pedido de ESCLARECIMENTO, solicito que se manifeste acerca das alegações no que se refere ao ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA do edital.

Sem mais para o momento reiteramos votos de estima e condigno apreço.

  
\_\_\_\_\_  
**MAX RONNY PINHEIRO  
PREGOEIRO**

*Recebido  
29.06.26  
Marlene*



**BLL COMPRAS**

## Esclarecimentos - Processo 1306160123RP - MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM



### Requerimento

Criado em	Texto	Arq. escl.	Endereço
29/06/2023 10:41	Prezado Pregoeiro, precisamos de um esclarecimento referente ao item 40 do pregão eletrônico 13061601 23-PERP. O edital solicita "BISTURI ELÉTRICO A PARTIR DE 151W - GERADOR COM POTENCIA DE 300W", neste caso o bisturi também deverá ter potência de 300w e o valor estimado está referido a um equipamento de 151w. Neste caso, poderá ser ofertado um bisturi de 151w ou será aceito apenas 300w? É incompatível a solicitado de um bisturi com potência menor que o gerador. Agradecemos desde já pela atenção. Aguardamos retorno.		Não há arquivo anexado.

### Resposta

Criado em	Texto	Arq. resp.	Endereço
			Não há arquivo anexado.

### Requerimento

Criado em	Texto	Arq. escl.	Endereço
29/06/2023 12:30	Prezado Pregoeiro, sobre o item 38: "Monitor Multiparâmetros", ao final do descritivo é citado "Todos os acessórios para instalação e interligamento da central com os monitores deverão estar contemplados". Porém no descritivo técnico não é solicitado central de monitorização. Dessa forma, questionamos: Essa parte foi inserida errada e pode ser desconsiderada, visto que o valor estimado não é suficiente para aquisição de central e essa não foi descrita?		Não há arquivo anexado.

### Resposta

Criado em	Texto	Arq. resp.	Endereço
			Não há arquivo anexado.

Recib: 14:12h  
29/06/23  
[Signature]

