



Governo Municipal de  
**QUIXERAMOBIM**



À SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM

Senhora ANA CLAUDIA PIMENTA FELÍCIO SALDANHA,

Encaminhamos cópia dos recursos interposto pela empresa **URSA COMERCIAL LTDA** participante na **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1306160123 - PERP**, com base no Art. 4º, XVIII, da Lei 10.520/02. Acompanham o presente recurso as laudas do Processo nº 1306160123-PERP, juntamente com as devidas informações.

Sendo assim, considerando o **RECURSO** manifestado, solicito que se manifeste acerca das alegações apresentadas no que se refere a questões de ordem e especificações técnicas dos itens licitados.

Sem mais para o momento reiteramos votos de estima e condigno apreço.

Quixeramobim – CE, 28 de setembro de 2023

Max Ronny Pinheiro  
Pregoeiro

Recebido 28/09/2023  
Max Ronny Pinheiro 50:25

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM - CEARÁ  
SETOR DE COMPRAS/LICITAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1306160123/2023

URSA COMERCIAL LTDA, CNPJ 26.628.908/001-38, com sede na Rua Doutor Pedro Rangel, 577, Sala 5 - Itajaí - SC, vem por meio desta apresentar **RECURSO CONTRA CLASSIFICAÇÃO DE ARREMATANTE**, em face da Empresa LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI, já qualificada no certame licitatório epigrafado, em função dos fatos e do direito a seguir:

1. A empresa arrematante LONDRIHOSP foi classificada com o menor lance na disputa do pregão eletrônico, para o item 64, que exigia:

"23782 - OTOSCÓPIO: LAMPADA LED, COM ILUMINACAO POR FIBRA OPTICA, PORTATIL, USADO PARA EXAMES EXTERNOS DO CONDUTO AUDITIVO, LENTE GIRATORIA CONECTADA AO OTOSCOPIO, PROPORCIONA AUMENTO DE NO MINIMO 2 VEZES, REGULADOR DE ALTA E BAIXA LUMINOSIDADE. DEVE POSSUIR LAMPADA LED. ACESSORIOS - NO MINIMO 09 (NOVE) ESPECULOS AURICULARES REUTILIZAVEIS, EM PELO MENOS 03 (TRES) TAMANHOS DISTINTOS, COM NO MINIMO 03 (TRES) UNIDADES DE CADA TAMANHO; - NO MINIMO 150 (CENTO E CINQUENTA) ESPECULOS AURICULARES DESCARTAVEIS, EM PELO MENOS 02 (DOIS) TAMANHOS DISTINTOS, COM NO MINIMO 75 (SETENTA E CINCO) UNIDADES DE CADA TAMANHO; -01 (UMA) BATERIA RECARREGAVEL; -01 (UM) CARREGADOR DE BATERIA; -


HWIDGER LOURENÇO FERREIRA

- Mestre em Direito -

OAB/PR 44.251 OAB/TO 10.557/A

Rua Padre Antônio Diez Fernandes, 40 - Ibiporã - PR  
Telefone: (43) 99118-1535 E-mail: hwidger@gmail.com

01 (UM) ESTOJO PARA TRANSPORTE E ARMAZENAGEM;  
DEVEM SER ENTREGUES COM O PRODUTO TODOS OS CABOS,  
CONECTORES, ADAPTADORES E DEMAIS ITENS  
NECESSARIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DO  
CONJUNTO OFERTADO; DEVEM SER ENTREGUES OS  
MANUAIS DE OPERACAO, EM PORTUGUES. ALIMENTACAO  
ELETRICA TENSAO DE ALIMENTACAO DO EQUIPAMENTO:  
BIVOLT AUTOMATICO OU DE ACORDO COM TENSAO DA  
UNIDADE CONTEMPLADA. GARANTIA DEVE SER  
APRESENTADO O CERTIFICADO DE GARANTIA COMPLETA  
COM DURACAO MINIMA DE 02 (DOIS) ANOS A CONTAR DA  
DATA DE ACEITACAO DO EQUIPAMENTO, ENTENDENDO-SE  
POR ACEITACAO A ETAPA QUE SE SUCEDE A ENTREGA DO  
EQUIPAMENTO E QUE SE CARACTERIZA PELA REALIZACAO  
DOS TESTES PRECONIZADOS NOS MANUAIS DE OPERACAO  
E DE SERVICIO, COMPROVANDO QUE O EQUIPAMENTO ESTAR  
OPERANDO DENTRO DE SUAS CONDICAOES DE  
NORMALIDADE. ASSISTENCIA TECNICA DEVEM SER  
ASSEGURADOS OS SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA,  
PRESTADA DIRETAMENTE PELO FABRICANTE, SEU  
REPRESENTANTE OU EMPRESA AUTORIZADA, NO ESTADO  
DA BAHIA (A EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA  
INDICADA, QUANDO NAO FOR A PROPRIA FABRICANTE,  
DEVE TER CAPACITACAO COMPROVADA PELO FABRICANTE  
DO EQUIPAMENTO OFERTADO E SEGUIR TODAS AS NORMAS  
APLICAVEIS A ASSISTENCIA TECNICA DO EQUIPAMENTO  
OFERTADO), MANTENDO-SE PARA ISSO A PERIODICIDADE  
DE ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE ACORDO COM O  
CRONOGRAMA QUE E RECOMENDADO NOS MANUAIS DE  
OPERACAO E DE SERVICIO DO FABRICANTE COPIA DO  
REGISTRO ANVISA DEVE SER APRESENTADA COPIA DO  
REGISTRO DO EQUIPAMENTO EMITIDO PELA AGENCIA  
NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA - ANVISA /  
MINISTERIO DA SAUDE OU COMPROVACAO DE QUE O MESMO  
E ISENTO DE REGISTRO/CADASTRO, QUANDO FOR O  
CASO. (destaques nossos)



2. Ocorre que referida empresa ofertou produto da marca MIKATOS, **que não possui otoscópios equipados com fibra óptica**, como demonstra o e-mail abaixo da empresa CAOBIANCO, a qual é representante da marca MIKATOS, detentora do registro Anvisa 80218930006:



## Detalhes do Produto

<b>Nome da Empresa</b>	MIKATOS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS DE APARELHOS MEDICOS LTDA-EPP		
<b>CNPJ</b>	05.030.501/0001-34	<b>Autorização</b>	8.02.189-3
<b>Produto</b>	OTOSCOPIO		

## Modelo Produto Médico

Otoscopia Missouri com 5 Espelhos
Otoscopia Missouri TK com 5 Espelhos
Mini-Otoscopia Missouri com 4 Espelhos
Mini-Otoscopia Kole com 4 Espelhos
Mini-Otoscopia Mikatos
Otoscopia Kole com 5 Espelhos

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
Nenhum Arquivo Encontrado(a)		

<b>Nome Técnico</b>	Otoscopia
<b>Registro</b>	80218930006
<b>Processo</b>	25351.201747/2005-47
<b>Fabricante Legal</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>FABRICANTE: MIKATOS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS DE APARELHOS MEDICOS LTDA-EPP - BRASIL</li> </ul>
<b>Classificação de Risco</b>	I - BAIXO RISCO
<b>Vencimento do Registro</b>	VIGENTE

**From:** Simone - Caobianco  
**Sent:** Wednesday, August 31, 2022 5:18 PM  
**To:** 'Orbano'  
**Subject:** RES: solicita orçamento otoscópios

Não temos em F.O.

Atenciosamente,

**CAOBIANCO**  
REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS

CNPJ 80.246.809/0001-03

 www.caobianco.com  
 (41) 3342-8154  
 (41) 99915-4075  
 Rua Pedro Colares, 542 - Vila Colares - Curitiba - PR

**Simone Braun de Azevedo**

Vendas / Financeiro

 simone@caobianco.com  
 ramal 0351

Nota de confidencialidade: Este e-mail pode conter informações legalmente privilegiadas ou confidenciais. Por favor não o leia caso você não seja o destinatário original e seus anexos sem lê-lo ou salvá-lo por qualquer meio.

**De:** Orbano [mailto:orbano@equiposltda.com.br]  
**Enviada em:** quarta-feira, 31 de agosto de 2022 16:41  
**Para:** Simone - Caobianco <simone@caobianco.com>  
**Assunto:** solicita orçamento otoscópios

Boa tarde!

Solicitamos a gentileza do orçamento abaixo:

20 unidades: OTOSCÓPIO - ILUMINAÇÃO FIBRA OPTICA, LED COMPOSIÇÃO 5 A 10 ESPECULOS REUTILIZÁVEIS

3. Vejamos os três modelos de otoscópios disponibilizados pela Mikatos, conforme sua página:

Produtos e peças registradas e aprovadas pelo Ministério da Saúde

Ordenar por:  

≡ Abaixador Língual Missouri

➤ Abaixador Língual Missouri

≡ Aparelhos para medir Pressão Arterial

≡ Dermatoscópios

≡ Estetoscópios

≡ Focos Clínicos e Cirúrgicos

≡ Fotóforos

≡ Guia de Intubação (Mandril)



### Mini Otoscópio Mikatos®

O Mini Otoscópio Mikatos® foi desenvolvido para que profissionais da saúde possam avaliar as condições...

Ver detalhes



### Otoscópio TK®

O Otoscópio TK® foi desenvolvido para que [...]

Ver detalhes



### Otoscópio Missouri®

O Otoscópio Missouri® foi desenvolvido para que [...]

Ver detalhes

 [Ficha técnica](#)  
 [Manual](#)







## Mini Otoscópio Mikatos®

O Mini Otoscópio Mikatos® foi desenvolvido para que profissionais da saúde possam avaliar as condições internas dos ouvidos de seus pacientes. Para obter a avaliação precisa é necessário escolher o espêculo adequado para cada paciente. Esse espêculo deve ser utilizado em apenas um procedimento. E então, após o uso, descarte-o, ou se for reutilizável, faça a esterilização recomendada.

Os Otoscópios possuem uma geometria que permite a introdução anatômica no canal auditivo a ser avaliado. O formato cilíndrico é confortável para o manuseio do aparelho, possui iluminação tipo LED e uma lente com aumento de 2,5 vezes, possibilitando visão mais clara e avaliação mais precisa. Os exames podem ser realizados em adultos e crianças, basta efetuar a alteração do espêculo, para cada procedimento clínico.

### Características Principais:

- Iluminação: Luz Amarelada (LED Branco Quente)
- Opcional: Luz Branca (LED Branco Frio)
- Tensão Elétrica: 2,5 V (Volts)
- Corrente Elétrica: 20 mA (miliAmperes)
- Fluxo Luminoso: 15.000 mCd (miliCandelas)
- Temperatura de Cor: 3.000 K (Kelvin) - Branco Quente
- Opcional: 5.000 K (Kelvin) - Branco Frio
- Vida útil: 20.000 h (horas-minima)

**Atenção: O APARELHO NÃO VEM ACOMPANHADO DE PILHAS**

REFERÊNCIA: 1000



Ficha técnica

## Otoscópio TK®

PRINCIPAL EMPRESA PRODUTOS PEÇAS FAQ ORÇAMENTO CONTATO



Para obter a avaliação precisa é necessário escolher o espéculo adequado para cada paciente. Esse espéculo deve ser utilizado em apenas um procedimento. E então, após o uso, descarte-o, ou se for reutilizável, faça a esterilização recomendada.

Os Otoscópios possuem uma geometria que permite a introdução anatômica canal auditivo a ser avaliado. O formato cilíndrico é confortável para o manuseio do aparelho, possui iluminação luz Amarelada (LED Branco Quente) ou Luz Branca (LED Branco Frio) e uma lente com aumento de 2,5 vezes, possibilitando visão mais clara e avaliação mais precisa. O exame pode ser realizado em adultos, basta efetuar a alteração espéculo, para cada procedimento clínico. O equipamento possui também um bloco na lateral do cabeçote que é utilizado para Otoscopia Pneumática.

### Características Principais:

- Iluminação: Luz Amarelada (LED Branco Quente)
- Opcional: Luz Branca (LED Branco Frio)
- Tensão Elétrica: 2,5 V (Volts)
- Corrente Elétrica: 20 mA (milliAmperes)
- Fluxo Luminoso: 15.000 mCd (milliCandelas)
- Temperatura de Cor: 3.000 K (Kelvin) - Branco Quente
- Opcional: 5.000 K (Kelvin) - Branco Frio
- Vida útil: 20.000 h (horas-mínima)

**Atenção: O APARELHO NÃO VEM ACOMPANHADO DE PILHAS**  
REFERÊNCIA: 007



## Otoscópio Missouri®

O Otoscópio Missouri® foi desenvolvido para que profissionais da saúde possam avaliar as condições internas dos ouvidos de seus pacientes. Para obter a avaliação precisa é necessário escolher o espéculo adequado para cada paciente. Esse espéculo deve ser utilizado em apenas um procedimento. E então, após o uso, descarte-o, ou se for reutilizável, faça a esterilização recomendada.

Os Otoscópios possuem uma geometria que permite a introdução anatômica do canal auditivo a ser avaliado. O formato cilíndrico é confortável para o manuseio do aparelho, possui iluminação luz Amarelada (LED Branco Quente) ou Luz Branca (LED Branco Frio) e uma lente com aumento de 2,5 vezes, possibilitando visão mais clara e avaliação mais precisa. Os exames podem ser realizados em adultos, basta efetuar a alteração do espéculo, para cada procedimento clínico. O equipamento possui também um bico na lateral do cabeçote que é utilizado para Otoscopia Pneumática.

### Características Principais:

- Iluminação: Luz Amarelada (LED Branco Quente)
- Opcional: Luz Branca (LED Branco Frio)
- Tensão Elétrica: 2,5 V (Volts)
- Corrente Elétrica: 20 mA (milliAmperes)
- Fluxo Luminoso: 15.000 mCd (milliCandelas)
- Temperatura de Cor: 3.750 K (Kelvin) - Branco Quente
- Opcional: 5.550 K (Kelvin) - Branco Frio
- Vida útil: 20.000 h (horas-mínima)

**Atenção: O APARELHO NÃO VEM ACOMPANHADO DE PILHAS**  
REFERÊNCIA: 001


SOLICITE ORÇAMENTO

4. Os dados acima podem ser verificados em <http://www.mikatos.com.br/category/produtos/otoscopios/>.

5. Deste modo, é evidente que a empresa arrematante LONDRIHOSP não atende o disposto no edital, que faz lei entre os participantes e a administração, devendo ser desclassificada conforme art, 43, IV, da Lei 8.666/93.

6. Caso Vossas Senhorias não acatem as alegações descritas, pleiteamos, respeitosamente, que faça subir o presente recurso, devidamente informada, a Ilma. Assessoria Jurídica da Prefeitura Municipal, a quem é dirigido.

Termos em que  
Pede Deferimento,  
22/setembro/2023



Ursa Comercial  
Marcia Valeria Oliveira Santos Nakanishi  
Sócio - Gerente  
RG: 5229846-6  
CPF: 815.181.889-15

**26.628.908/0001-38**

URSA COMERCIAL LTDA.- ME

Rua Dr. Pedro Rangel, 577 Sala 05  
São João - CEP 88.304-430  
ITAJAÍ - SC